

臨床工学部 医療機器 交換部品 一覧

2021年	機器名	交換部品	回数
2021年1月	シリンジポンプ	バッテリー	17
	輸液ポンプ	バッテリー	2
	パルスオキシメータ	電池カバー	1
	酸素ブレンダー	酸素配管ホース	1
	Activecare DVT	コンセント	1
2021年2月	シリンジポンプ	バッテリー	8
		スライダーカバー	1
	輸液ポンプ	バッテリー	3
	コンソール	ポペットバルブ	1
		カットールEF02	1
	心電図モニター	ケーブル	1
低圧持続吸引器	電源コードフック	1	
2021年3月	シリンジポンプ	バッテリー	4
		スライダーカバー	1
	輸液ポンプ	バッテリー	3
	電源ケーブル	1	
2021年4月	シリンジポンプ	バッテリー	2
	RO装置	5μフィルタ	1
	SCD700	チューブコネクタ	1
2021年5月	シリンジポンプ	バッテリー	2
	輸液ポンプ	バッテリー	1
		電源ケーブル	1
	透析監視装置	オーバーホール	1
	低圧持続吸引器	バッテリー	3
	送信機	電池カバー	1
	スイッチ	1	
2021年6月	シリンジポンプ	バッテリー	1
		小型用バッテリー	2
	輸液ポンプ	バッテリー	1
	SCD700	スリーブ	1
	透析監視装置	バルブASSYキット	1
		減圧弁	1
		オーバーホール	3
	ベッドサイドモニタ	バッテリー	1
	Wiz air	電源コード	1
	低圧持続吸引器	バッテリー	1
IABP	セーフティディスク	1	
2021年7月	シリンジポンプ	バッテリー	1
	透析監視装置	バッテリー	1
		オーバーホール	1
	Wiz air	電源コード	1
	Bennett840	酸素電池	4
	ベッドサイドモニタ	バッテリー	1
2021年8月	シリンジポンプ	バッテリー	1
	輸液ポンプ	バッテリー	6
	低圧持続吸引器	バッテリー	1
	Wiz air	バッテリー	5
	透析監視装置	オーバーホール	1
2021年9月	輸液ポンプ	バッテリー	1
	透析監視装置	UVランプ	1
	低圧持続吸引器	コンセント	1
	送信機	スイッチ部	1
	除細動器	バッテリーパック	2
	透析監視装置	ポペットバルブ	12
2021年10月	シリンジポンプ	バッテリー	1
	輸液ポンプ	バッテリー	2
	透析監視装置	カットールEF02	14
	送信機	電池カバー	2
	除細動器	電源ケーブル	1
	Wiz air	電源ケーブル	1
2021年11月	シリンジポンプ	押し子カバー	1
	DRIP EYE	バッテリー	23
	透析監視装置	カプラーリング	1
	Wiz air	バッテリー	1
2021年12月	輸液ポンプ	バッテリー	1
		電源ケーブル	2
計			166

※交換部品の内、メーカー修理依頼は除く